



Ref. Certif. No.
NL-17751

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES
FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS
DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE

CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	CFL-M (modular cardiac function laboratory)
Name and adresse of the Applicant Nom et adresse du demandeur	CD Leycom Argonstraat 116 2718 SP Zoetermeer The Netherlands
Name and adresse of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	CD Leycom Argonstraat 116 2718 SP Zoetermeer The Netherlands
Name and adresse of the factory Nom et adresse de l'usine	CD Leycom Argonstraat 116 2718 SP Zoetermeer The Netherlands
Rating and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	100-240 Vac, 50-60 Hz, 27 W
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	CD Leycom
Type of manufacturer's Testing Laboratories used Type de programme de laboratoire d'essais constructeur	
Model / Type Ref. Ref. De type	Type CFL-M; Models Inca and Sigma 5 DF Plus
Additional information (if necessary may also be reported on page 2) Les informations complémentaires (si nécessaire, peuvent être indiqué sur la 2ème page)	
A sample of Product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et été considéré conforme à la	60601-1-1(ed.2) 60601-1-4(ed.1);am1 60601-1(ed.2);am1;am2
As show in the Test Report Ref. No. which forms part of this certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce certificat	2127363.50-QUA/PEP, 2127363.51-QUA/PEP, 2127363.53-QUA/PEP

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body:

Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme National de Certification

KEMA Quality B.V.
Utrechtseweg 310
P.O. Box 5185
6802 ED Arnhem
The Netherlands



Date: 2010-02-16

Signature: A.J. Sieben